HEALTH PROFESSIONALS

beaphar pro

Borrelia Tick Test bijsluiter

HELP MEE OM BESMETTINGEN TE VOORKOMEN.
Vul het resultaat van de test in op www.beaphar.be. Hiermee wordt de Tekenkaart gevuld. De Tekenkaart is een overzicht van gebieden in België waar (de met Borrelia bacterie besmette) teken voorkomen.

Teken en de ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme wordt door (een subgroep) van Borrelia bacteriën veroorzaakt. Zowel mensen als huisdieren kunnen de ziekte krijgen. Besmette teken dragen de ziekte over door zich vast te hechten aan de huid en zich te voeden met het bloed van de gastheer.
De ziekte van Lyme kan ernstige gevolgen hebben, een zo spoedig mogelijke behandeling is daarom zeer belangrijk. Omdat de symptomen niet altijd hetzelfde zijn, is het voor artsen soms lastig om de juiste diagnose te stellen. De **Beaphar Pro Borrelia Tick Test** toont de aanwezigheid van de Borrelia bacterie in de teek aan. In het geval van een beet door een besmette teek neemt u contact op met uw huisarts of dierenarts om te bespreken welke behandeling nodig is.

De test is uitsluitend geschikt voor het onderzoeken van teken. Een positieve uitslag toont aan dat de Borrelia bacterie aanwezig is in de teek.

Belangrijk
- Uitsluitend geschikt voor het testen van teken
- De teek moet grondig geplet worden, omdat de bacterie zich in het maag-darm kanaal bevindt
- Zorg ervoor dat er geen deeltjes teek in het testvenster terecht komen
- Gebruik de houten prikker uitsluitend voor het uitvoeren van de test
- Voer de test zo snel mogelijk uit na het openen van de sachet
- Let op: de uitslag van de test verschijnt pas na 10 minuten
- Druppel geen testvloeistof in het uitslagvenster
- Raak het uitslagvenster niet aan
- Voor eenmalig gebruik
- Gebruik de test niet na de uiterste houdbaarheidsdatum
- Gebruik de test niet wanneer de verpakking beschadigd is
- Bewaar (en vervoer) de test op een temperatuur tussen 2°C en 30°C.

Gebruiksaanwijzing
Verwijder de teek. Gebruik hiervoor de **Beaphar Pro Tick Boy®**, dit vermindert de kans op resten teek in de huid, of dat de teek zijn maaginhoud in de aanhechtingswond leegt.
1. Plaats de teek in het testbuisje met vloeistof (A).
   Tip: Laat de teek circa 30 minuten weken in de vloeistof van het testbuisje, om hem makkelijk te kunnen vermalen.
2. Plet de teek grondig met de houten prikker (D), totdat de teek volledig vermalen is.
3. Roer de vermalen teek door de vloeistof en laat het testbuisje 2 minuten staan.
4. Zuig met de pipet (C) vloeistof uit het testbuisje. Geen stukjes teek opzuigen.
5. Druppel 2-3 druppels vloeistof in het vierkantje van de teststrip (B). In het uitslagvenster verschijnt eerst een controlestreep. Deze geeft aan dat er voldoende vloeistof op de teststrip zit.
   Indien een tweede streep verschijnt **(na circa 10 minuten)** is de teek besmet met de Borrelia bacterie.

Tips als de vloeistof niet goed loopt
- Voeg een extra druppel toe aan het testvenster
- Als grotere deeltjes teek op het testvenster terecht zijn gekomen, kan het testvenster met de punt van de pipet naar beneden gedrukt worden, zodat de vloeistof verder gaat lopen.



Inhoud:



- A Testbuisje met vloeistof
- B Teststrip
- C Pipet
- D Houten prikker

Uitslag van de test
Als de vloeistof goed door de test is gelopen verschijnt er na enkele minuten in het uitslagvenster (bij C) een controlestreep. Dit geeft aan dat er voldoende vloeistof op de strip zit.
Wacht nu minimaal 10 minuten. Als een tweede streep verschijnt is de teek besmet met de Borrelia bacterie.


UITSLAGVENSTER
TESTVENSTER
ONGELDIG
ALS ER GEEN STREEP VERSCHIJNT BIJ C, IS DE TEST NIET GELDIG. HERHAAL TEST (ZIE TIPS WANNEER VLOEISTOF NIET GOED LOOPT)
ONGELDIG
ALS ALLEEN EEN LIJN VERSCHIJNT BIJ T ZONDER EEN ZICHTBARE LIJN BIJ DE C, IS DE TEST NIET GELDIG. ADVIES, OPNIEUW TESTEN.
POSTIEVE UITSLAG
BORRELIA BACTERIEN ZIJN AANWEZIG IN DE TEEK. HOE MINDER BORRELIA AANWEZIG IN DE TEEK HOE VAGER DE LIJN.
NEGATIEVE UITSLAG
GEEN BORRELIA BACTERIËN AANGETOOND IN DE TEEK.

In geval van een positieve uitslag: noteer de datum, de plaats van de beet, de uitslag van de test en neem contact op met uw huisarts of dierenarts om te bespreken welke behandeling nodig is.

Bewaringsaanbevelingen: Bewaar op kamertemperatuur (tussen 2°C en 30°C). Niet invriezen.

Gevoeligheid & specifiteit (studie 2011)
Gevoeligheid 93.3%, specifiteit 95.0%.

Immuun-chromatografische test voor de detectie van Borrelia in teken. Zelftest.

334844

HEALTH PROFESSIONALS

beaphar pro

Notice de Borrelia Tick Test

AIDEZ A PREVENIR LES CONTAMINATIONS.
Indiquez le résultat de votre test sur www.beaphar.be. Cela permet de compléter la Carte des Tiques. Il s'agit d'une représentation des territoires en Belgique infestés par les tiques (contaminées par la Borrelia).

Les tiques et la maladie de Lyme
La maladie de Lyme est provoquée par (un sous-groupe de) la bactérie Borrelia. Les êtres humains et les animaux domestiques peuvent tous contracter la maladie de Lyme. Les tiques contaminées transmettent la maladie en s'agrippant à la peau dont elles extraient du sang pour se nourrir.
La maladie de Lyme peut avoir des conséquences graves. Un traitement rapide est donc indispensable. Du fait que les symptômes ne sont pas toujours identiques, les médecins ont parfois du mal à effectuer le bon diagnostic. Le **Borrelia Tick Test de Beaphar Pro** révèle la présence de la bactérie Borrelia dans la tique. En cas de morsure par une tique contaminée, il est recommandé de se rapprocher du vétérinaire ou de son médecin pour convenir du traitement approprié.

Le test est conçu exclusivement pour l'analyse des tiques. Un résultat positif révèle la présence de la bactérie Borrelia dans la tique.

Important
- Conçu exclusivement pour l'analyse des tiques.
- La tique doit être complètement écrasée étant donné que la bactérie se trouve dans le tractus gastro-intestinal.
- Veiller à ce qu'aucune particule de tique ne se retrouve sur la lame de test.
- Utiliser l'applicateur en bois exclusivement pour effectuer le test.
- Effectuer le test sitôt l'ouverture du sachet.
- Attention : Le résultat du test n'apparaît qu'au bout de 10 minutes.
- Aucune goutte de révélateur ne doit souiller la lame présentant le résultat.
- Ne pas toucher la lame présentant le résultat.
- Usage unique.
- Ne pas utiliser le test au-delà de sa date de validité.
- Ne pas utiliser le test si l'emballage est endommagé.
- Test à conserver (et transporter) par une température comprise entre 2°C et 30°C.

Mode d'emploi
Retirer la tique. Utiliser pour ce faire le **Tick Boy® de Beaphar Pro**. Cela diminue le risque que des restes de tique ne demeurent dans la peau ou que la tique ne vide son estomac dans la blessure cicatrisée.
❶ Introduire la tique dans l'éprouvette remplie de révélateur (A). **Conseil :** Détremper la tique environ 30 minutes dans le liquide de l'éprouvette afin de pouvoir l'écraser facilement.
❷ Ecraser la tique minutieusement à l'aide de l'applicateur en bois (D) jusqu'à écrasement complet de la tique.
❸ Mélanger la tique moulue au révélateur et laisser agir pendant 2 minutes.
❹ Exprimer une goutte du révélateur à l'aide de la pipette (C). Ne pas aspirer de particules de la tique.
❺ Exprimer 2 à 3 gouttes de révélateur dans le carré de la bandelette réactive (B). Un trait de contrôle apparaît d'abord sur la lame de résultat. Ce trait indique la quantité requise de révélateur sur la bandelette réactive.
Si un second trait apparaît (au bout de 10 minutes environ), la tique est contaminée par la bactérie Borrelia.

Conseils dans le cas où le révélateur ne serait pas suffisamment liquide
- Rajouter une goutte sur la lame de test.
- Si des particules de tique plus grandes se déposent sur la lame de test, se servir de la pointe de la pipette pour tirer la lame vers le bas et ainsi faciliter l'écoulement du liquide.



Contenu:



- Ⓐ Eprouvette avec liquide révélateur
- Ⓑ Bandelette réactive
- Ⓒ Pipette
- Ⓓ Applicateur en bois

Résultat du test
Si le révélateur a pu recouvrir convenablement le test, un trait de contrôle apparaît au bout de quelques minutes sur la lame de résultat (C). Cela indique qu'il y a suffisamment de liquide révélateur sur la bande réactive. Attendre ensuite 10 minutes au minimum. Si un second trait apparaît, la tique est contaminée par la bactérie Borrelia.


LAME DE CONTRÔLE
LAME DE TEST
INVALIDE
SI AUCUN TRAIT N'APPARAÎT À HAUTEUR DE C, LE TEST N'EST PAS VALIDE. RECOMMENCER L'ANALYSE (LIRE LES CONSEILS SI LE RÉVÉLATEUR NE SE RÉPAND PAS CONVENABLEMENT).
INVALIDE
SI UN SEUL TRAIT APPARAÎT À HAUTEUR DE T SANS TRAIT VISIBLE À HAUTEUR DE C, LE TEST N'EST PAS VALIDE. CONSEIL : RECOMMENCER L'ANALYSE.
RÉSULTAT POSITIF
LES BACTÉRIES BORRELIA SONT PRÉSENTES DANS LA TIQUE. PLUS LA DENSITÉ DE BACTÉRIES EST FAIBLE, PLUS LA LIGNE SERA FLOUE.
RÉSULTAT NÉGATIF
AUCUNE BACTÉRIE BORRELIA RÉVÉLÉE DANS LA TIQUE.

En cas de résultat positif : noter la date, le lieu de la morsure et le résultat du test, puis se rapprocher de son médecin ou d'un vétérinaire pour convenir du traitement adéquat.

Conseils de conservation
Conserver à température ambiante (entre 2°C et 30°C).
Ne pas congeler.

Réactivité & spécificité (étude de 2011)
Réactivité 93,3%, spécificité 95,0%.

Test immuno-chromatographique pour la détection de bactéries Borrelia dans les tiques. Test à usage autonome.